



## Sensor für gelösten Sauerstoff – Clark-Zelle

Der Hydrolab DO-Sensor (Dissolved Oxygen) arbeitet mit einer von der amerikanischen Umweltbehörde EPA (US Environmental Protection Agency) zugelassenen Clark-Messzelle. Experten vertrauen diesem Sensor seit über 30 Jahren.

Gelöster Sauerstoffsensor (Clark Cell)	
Messbereich	0 ... 50 mg/L
Genauigkeit	± 0,2 mg/L bei Werten 20mg/L oder niedriger ±0,6 mg/L bei Werten über 20 mg/L
Auflösung	0,01 mg/L