



Sensor für gelösten Sauerstoff – Clark-Zelle

Der Hydrolab DO-Sensor (Dissolved Oxygen) arbeitet mit einer von der amerikanischen Umweltbehörde EPA (US Environmental Protection Agency) zugelassenen Clark-Messzelle. Experten vertrauen diesem Sensor seit über 30 Jahren.

| Gelöster Sauerstoffsensor (Clark Cell) | |
|--|--|
| Messbereich | 0 ... 50 mg/L |
| Genauigkeit | ± 0,2 mg/L bei Werten 20mg/L oder niedriger ±0,6 mg/L bei Werten über 20 mg/L |
| Auflösung | 0,01 mg/L |